

DEUTSCH

Anleitung für das Messen der Chlorfreiheit und des pH-Wertes von Schwimmbädern und Spa's mit dem Test-Kit.

Wichtige Hinweise:

- Die Wasserprobe aus einer Tiefe von ca. 40 cm entnehmen, wobei diese Entnahme niemals unmittelbar direkt nach dem Hinzufügen von chemischen Produkten erfolgen darf.
- Die TestTab-Tablette durch Drücken der Verpackung in den DipCell- Vergleichsprüfer einlegen, damit diese nicht mit Ihren Händen in Verbindung kommt.
- Sofort die Testergebnisse ablesen.
- Die Ablesung soll bei natürlichem, indirektem Tageslicht erfolgen, wobei der Arm in Augenhöhe ausgestreckt ist.
- Den DipCell-Vergleichsprüfer vor und nach dem Test gut ausspülen.
- An einem trockenen und dunklen Platz aufbewahren.
- Ein Chlorgehalt von mehr als 10 mg/L kann ein Ausbleichen der DPD-Farben verursachen.

Anleitung zur Messung der Chlorfreiheit und des pH-Wertes:

1.

Den DipCell-Farbvergleichsprüfer in das Schwimmbad oder Spa eintauchen und bis zur gekennzeichneten Linie mit der Wasserprobe füllen (darauf achten, dass diese Linie nicht überschritten wird!).

2.

Geben Sie eine Chlorfreie DPD1R Tablette (6999A) in die kleine, neben den Standard-farben CL DPD gelegene, Kammer.

3.

Geben Sie eine Rote Phenol Tablette (6915A) in die kleine, neben den PH-Farben gelegene, Kammer.

4.

Schliessen Sie und drehen Sie den Prüfer zum Mischen um. Vergleichen Sie die Farben der entnommenen Probe mit den Standardfarben und notieren Sie die Ergebnisse. Nach dem Gebrauch gut ausspülen.

Zum Bestellen der TestTabs®-Tabletten bitte die Bestellnummer R-7019-ML verwenden.

PORTUGUES

Instruções para utilizar o kit de medida de Cloro Livre e pH para piscina e spa.

Conselhos importantes:

- Recolha a amostra de água da piscina a uma profundidade de 40 cm aproximadamente.
- Nunca realize a análise imediatamente depois de juntar produtos químicos à piscina/spa.
- Introduza a pastilha TestTab no comparador visual DipCell, pressionando o blister pela parte posterior para evitar que entre em contacto com as suas mãos.
- Leia os resultados imediatamente.
- Leia os resultados das análises com luz natural indireta. Para a leitura, coloque o comparador com os braços esticados à altura dos olhos.
- Lave bem o comparador DipCell antes e depois da prova.
- Guarde em lugar seco e escuro.

LaMOTTE COMPANY

Helping People Solve Analytical Challenges

PO Box 329 • Chestertown • Maryland • 21620 • USA

800-344-3100 • 410-778-3100 (Outside U.S.A.)

Fax 410-778-6394 • www.lamotte.com

67019-ML-BX 11/19


*WARNING:

Reagents marked with an * are considered to be potential health hazards. To view or print a Safety Data Sheet (SDS) for these


- Os níveis de cloro acima de 10 mg/L podem provocar perda de cor das DPD.

Instruções para o teste de Cloro livre e de pH:


1




2



3



4



*WARNING: Reagents marked with an * are considered to be potential health hazards. To view or print a Safety Data Sheet (SDS) for these

reagents go to www.lamotte.com. Search for the four digit reagent code number listed on the reagent label, in the contents list or in the test procedures. Omit any letter that follows or precedes the four digit code number. For example, if the code is 4450WT-H, search 4450. To obtain a printed copy, contact LaMotte by email, phone or fax.

ESPAÑOL•ENGLISH•FRANÇAIS

DEUTSCH•PORTUGUES

ENGLISH

Instructions for using the Free Chlorine and pH pool and spa test kit.

Important Tips

- Take water samples from a depth of about 16 inches below the water surface. Never test immediately after adding pool/spa chemicals.
- When adding TesTab tablet reagents, just push the tablet through the foil package into the test chamber.
- Read results immediately.
- Read your test results in natural daylight but away from direct sunlight. To read, hold DipCell comparator at arms length above the horizon.
- Rinse the DipCell comparator thoroughly before and after testing.
- Store kit in a cool dry place away from sunlight.
- Levels of chlorine above 10 ppm can cause bleaching of the DPD reaction.

Free Chlorine and pH test instructions

1. Dip the DipCell color comparator into the pool or spa and fill to the line with sample water (shake out any excess)
2. Add one Free Chlorine DPD1R Tablet (6999A) to the small chamber next to the CL DPD colors
3. Add one Phenol Red Tablet (6915A) to the small chamber next to the pH colors
4. Cap and invert to mix. Match sample colors to the color standards and record results. Rinse promptly after use.

For refill TesTab® tablets order code R-7019-ML.

ESPAÑOL

Instrucciones para utilizar el kit de medida de Cloro Libre y pH para piscina y spa.

Consejos importantes:

- Tome la muestra de agua de la piscina a una profundidad de 40 cm aproximadamente. Nunca realice el análisis inmediatamente después de añadir productos químicos a la piscina/spa.
- Introduzca la pastilla TestTab en el comparador visual DipCell, presionando el blister por la parte posterior para evitar que entren en contacto con sus manos.
- Lea los resultados inmediatamente.
- Lea los resultados del análisis con luz natural indirecta. Para la lectura, coloque el comparador con los brazos estirados a la altura de los ojos.
- Enjuague el comparador DipCell a fondo antes y después de la prueba.
- Consérvese en un lugar seco y oscuro.

Para el recambio de pastillas TestTabs® el código de pedido es R-7019-ML.

FRANÇAIS

Instructions pour utiliser le kit de mesure de Chlore libre et pH pour piscine et spa.

Conseils importants:

- Prendre l'échantillon d'eau de piscine à une profondeur approximative de 40 cm.
- Ne jamais procéder à une analyse immédiate de l'eau après l'adjonction de produits chimiques dans la piscine ou le spa.
- Ajouter un Comprimé DPD1R de Chlore Libre (6999A) dans l'éprouvette contiguë à la mention CL DPD.
- Ajouter les comprimés TestTab dans l'éprouvette DipCell sans que ceux-ci entrent en contact avec les mains.
- Lire les résultats instantanément en positionnant la trousse d'analyse à hauteur des yeux face à la lumière du jour .
- Refermer les éprouvettes et mélanger. Comparer les couleurs des échantillons d'eau avec celles du comparateur et lire les résultats. Rincer soigneusement après utilisation.
- Consérvese en un lugar seco y oscuro.

Pour la recharge de comprimés DPD / pH TestTabs®, le code de commande est le R-7019-ML.

- Lorsque le taux de chlore est supérieurs à 10 mg/L la lecture par colorimétrie peut être erronée voir impossible.